

APAR - BIURO HANDLOWE

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 6
Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31
E-mail: automatyka@apar.pl
Internet: www.apar.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI



odnośnie Dyrektywy 2014/53/UE (RED)

NAZWA URZĄDZENIA: Radiowe czujniki pomiarowe serii AR43x

TYP PRODUKTU: Czujnik pomiarowy: AR431, AR432, AR433, AR434, AR435, AR436, AR437

Deklarujemy wyłącznie na własną odpowiedzialność, że wyżej wymienione produkty są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 2014/53/UE wskutek zgodności z następującymi normami zharmonizowanymi :

- zagadnienia wykorzystania widma radiowego:

- PN-ETSI EN 300 220-2 V2.3.1:2010

- w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) :

- dyrektywa 2014/30/UE,
- odporność : wg normy PN-EN 61000-6-2:2019
- emisyjność : wg normy PN-EN 61000-6-4:2019

- w zakresie niskonapięciowych wyrobów elektrycznych (LVD):

- dyrektywa 2014/35/UE
- wymagania bezpieczeństwa: wg normy PN-EN 61010-1:2010

- bezpieczeństwo użytkowania:

- PN-EN 61010-1:2010

- w zakresie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji :

- dyrektywa RoHS III 2011/65/UE, 2015/863/UE


Kontrola Jakości
Adam Rychlik

Warszawa 2022-04-05

.....
Kierownik Kontroli Jakości